

令和 8 年 7 月 16 日

高圧蒸気滅菌装置の仕様に係る疑義照会について

Q1. 「2-4 缶体は、角型二重構造であること」とあるが、単層構造は該当しないのか？

A1. 缶体の保温効果を高める構造として、安全かつ効果的であれば、なんら問題はない。

Q2. 「2-15 漏水センサーで水漏れを検知し……」は、漏水センサーが付属していない場合、該当しないのか？

A2. 既成の漏水センサーを外付けしてもよろしい。

呉共済病院忠海分院